


**Схема проведения МСИ
при проведении измерений**

параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
вид измерений

МСИ-06-Testo 425-2020
условное обозначение (шифр схемы)

1. Предполагаемые Участники Юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по поверке (калибровке) средств измерений параметров потока, расхода, уровня, объема веществ, а также планирующие получение аккредитации
2. Образец для контроля (ОК) измеритель комбинированный Testo 425, диапазон измерений скорости воздушного потока (0,1...20,0) м/с, ПГ± (0,1+0,05V), зав. №03469538/912
3. Измеряемая величина (характеристика) отклонение показаний прибора от показаний эталона в точке 5 м/с
4. Схема передачи ОК:
ОК возвращается Провайдеру после каждого Участника
5. Передача ОК осуществляется посредством:
услуг транспортной компании
Расходы по доставке ОК не входят в стоимость участия и оплачиваются Участником при передаче ОК по маршруту в соответствии с графиком.
6. Процедура выполнения измерений: МК-06.12.20 «Измеритель комбинированный Testo-425. Измерение скорости воздушного потока. Методика калибровки», разработанная и утвержденная ФБУ «Тулский ЦСМ»
номер (наименование) методики, либо отметить, что может использоваться любая методика по выбору Участника
7. Информация о приписанном значении:
приписанное значение определяется провайдером
8. Оценка результатов измерений Участников проводится провайдером ФБУ «Тулский ЦСМ» в соответствии с ГОСТ ISO/IEC17043-2013 и ГОСТ Р 50779.60-2017 (значение числа E_n).

Начальник отдела метрологии
8(4872)247020



Н.И. Вивдюк